


«Утверждаю»

Зам ген. директора по медицинской работе
ООО «санаторий им. Ф.Э. Дзержинского»
Фролова Л.В.



**РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
МЕДИЦИНСКИХ ПРИБОРОВ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ТЕРАПИИ
«ДЕТА АП».**

С января по апрель 2009 года на базе кабинета рефлексотерапии ООО «санаторий им. Ф.Э. Дзержинского» проводилась работа по апробации и оценки эффективности прибора «ДЕТА АП».

Аппарат «ДЕТА АП» предназначен для воздействия на организм человека слабым электромагнитным полем с несущей частотой 27мГц и терапевтическими импульсами в диапазоне частот от 0,1 Гц до 10 кГц.

Цель исследования: оценка эффективности воздействия прибора «ДЕТА АП», на возбудителей различных патологических состояний у человека бактериального, вирусного и грибкового происхождения резонансными частотами в диапазоне от 0,1 Гц до 10 кГц.

Аппаратура:

- прибор «ДЕТА D», предназначенный для проведения электропунктурной диагностики по методу Р. Фоллю, и вегетативно-резонансному тесту.
- прибор «ДЕТА-PHARMA», медикаментозный селектор, предназначенный для медикаментозного тестирования нозодов, органопрепаратов, гомеопатических препаратов, токсинов.
- прибор «ДЕТА АП».

За указанный период было проведено обследование методом вегетативно-резонансного теста 43 пациента: 25 женщин и 18 мужчин в возрасте от 27 до 65 лет.

Пациенты были разделены на группы по нозологиям:

1 группа - с патологией дыхательной системы (хронический обструктивный бронхит, бронхиальная астма, силикоз, пневмокониоз) – 30 пациентов.

2 группа - с патологией лор органов (хронический тонзиллит, гайморит, фронтит) – 11 пациентов.

3 группа - с патологией мочеполовой системы (хронический пиелонефрит, МКБ, хронический простатит) – 2 пациента.

